
Instruktion Delvotest BLF

VILOFARM

Delvotest® BLF



1. Tag stripbeholder ud af køleskab (anbefalet temperatur er 4 - 8 grader celcius) og lad den varme op til stuetemperatur.



2. Aftag eller afklip en eller flere ampuller. Sikre at aluminiumlåg ikke er skadet. Lav forsigtigt hul i aluminiumlåg.



3. Tag en frisk pipette for hver ny mælkeprøve. Genbrug IKKE pipetter idet det kan kontaminere prøven. Rør ikke ved enden af pipetten som er i kontakt med mælken

4. Opsug mælken I pipetten ved at trykke den lille øvre bold på pipetten (en gang), hold den, indfør pipetten 1 cm ned I mælkeprøven. Slip bolden på pipetten og den vil fyldes med ca. 0,1 ml mælk. NOTE: efter pipettering kan en lille mængde mælk ligge i den øvre bold på pipetten. Gentag pipetteringen når der ikke ligger mælk i bolden.





5. Flyt mælkeprøven ved - forsigtigt og totalt ved at trykke øvre bolden - direkte ned I agar mediet på ampulen. NOTE: Den lille mælkeprøve i den nedre bold vil forblive.

Ryst I 10 sekunder




6. Check temperaturen på inkubatoren (64 grader celcius 2 +/- grader)
Indsæt ampulen i inkubatoren - vent 2 minutter.

Ryst I 5 sekunder



7. Tag en strip test ud af beholder - luk beholder hurtigt efter testen er udtaget. Hold test stripen fra øvre side (grønt område). Indfør en strip per ampul.



8. Fjern strip efter 3 MINUTTER og aflæs resultat.

Kontrol < Test à Negativ

Kontrol >= Test à Positiv (inderholder antibiotika)

Fokus punter:

1: Idet denne test er meget følsom overfor antibaterielle substanser (B-lactamer) skal enhvor form for kontaminering undgås. Det anbefales at en grunding vask af hænder foretages inden testen laves. Anvend et rent bord.
2: Behandl testen forsigtigt idet det ellers kan skade test strip's. Det kan også påvirke resultat af test som foretages.
3: Efter at have taget strip fra beholder, luk øjeblikkeligt beholderen og placer i anbefaldet temperatur / opvevaringsfacilitet. Fugtpåvirkning eller andet af strips kan forkorte holdbarheden.

Vilofarm A/S . Søagervej 9 . 9500 Hobro . Tlf. 98 52 11 44 . Fax 98 52 05 44 . ordre@ vilofarm.dk . www.vilofarm.dk